

拡散式硫化水素測定器 GHS-8AT 用 校正用硫化水素発生キット CK-11 シリーズ

■CK-11 シリーズ

商品コード	対応測定範囲
CK-11L	0~10ppm
CK-11	0~100 ppm
CK-11H	0~500 ppm
CK-11HH	0~1000 ppm、0~3000 ppm

* 気体採取器 GV-100 を含まないキットもございます。
(商品コード：CK-11L-X、CK-11-X、CK-11H-X、CK-11HH-X)

センサは、月日の経過や環境の変化により感度変化を生じることがあります。信頼性の高い測定を行うには、センサの測定範囲に合った校正用ガスを用いたスパン校正が必要となります。GHS-8AT の校正には専用の校正用硫化水素発生キットを使いガスを発生させて行います。GHS-8AT をお使いになる際は、対応する校正用硫化水素発生キットも必要となります。



■CK-11 シリーズセット内容 (CK-11L、CK-11、CK-11H、CK-11HH 共通)

品名	型式	数量
① 吸引ポンプ	AP-10	1
② ゴム二連球	HSC-11	1
③ 気体採取器	GV-100	1
④ アクセサリ	GV100-1	1
⑤ GV-100 取扱説明書	GV110-90	1
⑥ 校正用チャンバ	CK11-60	1
⑦ 2口付校正ガス調整バッグ	CK11-81	1
⑧ 硫化水素発生試薬セット	下記参照	1
⑨ 硫化水素除去管	HSC-24	1
⑩ キャリングケース	40D410	1
⑪ 単2形アルカリ乾電池1本 (AP-10用)		1

* 気体採取器 GV-100 を含まないキット (CK-11L-X、CK-11-X、CK-11H-X、CK-11HH-X) は、上記一覧の③④⑤が含まれません。



硫化水素発生試薬セット⑧=A+B+C+D

⑧硫化水素発生試薬セット詳細

品名	CK-11L	CK-11	CK-11H	CK-11HH
⑧ 硫化水素発生試薬セット	HSC-20L	HSC-20	HSC-20H	HSC-20HH
(内容) A 硫化水素検知管	4LK	4LL	4HM	4H
B 硫化水素発生管	HSC-21L	HSC-21	HSC-21H	HSC-21HH
C 硫化水素発生液	HSC-22			
D ティッシュペーパー	HSC-23			

●このカタログの内容は2020年10月現在です。●ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。
●性能向上のため、仕様をお断りなく変更することがございます。●商品の色は、印刷物のため実際と異なる場合がございます。

あらゆる気体の測定に



株式会社 ガステック

SINCE 1970

営業本部：〒252-1195 神奈川県綾瀬市深谷中8-8-6 電話0467(79)3911(代) Fax.0467(79)3979
西日本営業所：〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14新大阪グランドビル 電話06(6396)1041 Fax.06(6396)1043
九州営業所：〒812-0066 福岡市東区二又瀬11-9パークサイドスクエア 電話092(292)1414 Fax.092(292)1424
ホームページアドレス：http://www.gastec.co.jp/