


Benzene



仕様

測定範囲	30 ~ 500 mg/m ³	500 ~ 1200 mg/m ³
吸引回数	1回(基準) (100mL)	1/2回 (50mL)
係数	1	2.4
測定所要時間	1.5分	45秒

検知限度： 3 mg/m³ (1回吸引)

変色： 白色 → 暗緑色

温・湿度補正： なし

有効期間： 36 か月


変動係数：

G	CV=10%	CV=5%
	目盛範囲の1/3	目盛範囲の2/3

(CV：変動係数 = σ : 標準偏差 ÷ 平均値 × 100)

反応原理

ベンゼンにより五酸化ヨウ素が還元されヨウ素を遊離して暗緑色を呈する。



干渉ガス

ガス名	共存濃度	干渉	単独の場合
アルコール類, ケトン類 エステル類	7300mg/m ³ (2000ppm)以上	影響しない +	変色しない 変色しない
脂肪族炭化水素 芳香族炭化水素		影響しない +	淡褐色に変色 暗緑色に変色

校正用ガス

ガス拡散管法