


電動吸引式  
検知管

# テトラクロロエチレン $\text{Cl}_2\text{C}:\text{CCl}_2$ No.133TP

Tetrachloroethylene



## 仕様

測定範囲	2.5 ~ 40 ppm	40 ~ 84 ppm
通気速度・流量	100 mL/min (1000mL)	50 mL/min (500mL)
測定所要時間	10分	10分
係数	1	2.1

検知限度： 0.25 ppm (1000mL)


変色： 黄色 → 赤紫色

温・湿度補正： 温度

有効期間： 24 か月

## 反応原理

テトラクロロエチレンは酸化剤により塩化水素を生成し、指示薬は赤紫色を呈する。



$\text{HCl} + \text{塩基} \rightarrow \text{塩化物}$

## 干渉ガス

ガス名	共存濃度	干渉	単独の場合
塩化水素	1/5倍以上	+	赤紫色に変色
塩素	1/10倍以上	-	淡黄色に変色
塩化ビニル	1/5倍以上	+	赤紫色に変色
1,2-ジクロロエチレン	1/5倍以上	+	赤紫色に変色
トリクロロエチレン	1/5倍以上	+	赤紫色に変色
1,1,1-トリクロロエタン	800ppm以下	影響しない	変色しない
トルエン, キシレン	20ppm以上	-	変色しない

## 校正用ガス

ガス拡散管法