

管理番号 SDOC001

JIS Q 1000 に基づく自己適合宣言書

発行者の名称： 株式会社ガステック

発行者の住所： 神奈川県綾瀬市深谷中 8-8-6

宣言の対象： 型式 GOA-7H

名称 装着形酸素濃度指示警報計

上記の宣言の対象は、次の JIS の要求事項に適合しております。

<JIS 番号>

<規格名称>

<発効年月日>

JIS T 8201

酸素欠乏測定用酸素計

2010 年 3 月 23 日

追加情報： 弊社は、ISO9001 に基づく品質管理体制により、上記製品を供給いたします。
この宣言は、対象の出荷時における適合を宣言するものであり、引渡後の経年変化まで含むものではありません。
本宣言は製造番号 4054 以降の適用となります。

問合せ先： 株式会社ガステック 品質保証室
神奈川県綾瀬市深谷中 8-8-6
TEL 0467-79-3900

代表者または代理者の署名

海福 雄一郎

発行日： 2024 年 4 月 1 日
発行場所： 株式会社ガステック
役職名・氏名： 品質管理責任者・海福 雄一郎

この文書は JIS Q 1000 に基づき作成された自己適合宣言書です。

あらゆる気体の測定に



株式会社ガステック

SINCE 1970