


Vinyl chloride



仕 様

測定範囲	0.025 ~ 0.05 %	0.05 ~ 1.0 %	1.0 ~ 2.0 %
吸引回数	2回 (200mL)	1回(基準) (100mL)	1/2回 (50mL)
係 数	1/2	1	2
測定所要時間	2 分	1 分	45 秒

検知限度： 0.005 % (2回吸引)

変 色： 黄褐色 → 緑褐色

温・湿度補正： なし

有効期間： 36 か月


変動係数：

G	CV=10%	CV=5%
	目盛範囲の1/3	目盛範囲の2/3

(CV：変動係数 = σ : 標準偏差 ÷ 平均値 × 100)

反応原理

塩化ビニルによりクロム酸が還元され緑褐色を呈する。



干渉ガス

ガ ス 名	共存濃度	干 渉	単独の場合
有機溶剤		+	緑褐色に変色

校正用ガス

体積比混合法