

GASTEC No.285

Instructions concernant le tube détecteur de zinc

POUR GARANTIR UNE UTILISATION SÛRE :

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

⚠ ATTENTION : L'opérateur peut se blesser et endommager le produit si les consignes ne sont pas respectées.

1. Tenez le tube éloigné des yeux lorsque vous en cassez les extrémités.
2. Ne touchez pas à mains nues les pièces et tubes en verre brisés ainsi que les réactifs.

⚠ REMARQUES : Pour préserver la performance et la fiabilité des résultats des tests.


1. Utilisez ce tube à une température comprise entre 0 et 40 °C (32 et 104 °F) dans l'eau.
2. Utilisez ce tube lorsque les valeurs de pH sont comprises entre 3,0 et 6,0.
3. Ce tube peut être altéré par des substances présentes simultanément. Reportez-vous au tableau « INTERFÉRENCES ».
4. La durée et les conditions de conservation du tube figurent sur l'emballage du tube.
5. Placez la garniture du bouchon d'extrémité inférieure des tubes sous la surface de l'eau.
6. Si les tubes sont maintenus pendant plus de 30 minutes dans l'eau, l'impression sur le tube va s'effacer. Lisez la concentration immédiatement après avoir terminé l'échantillonnage.

UTILISATION DU TUBE :

Utilisez ce tube pour détecter le zinc dans les eaux usées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

(Gastec pratiquant une politique d'amélioration constante de ses produits, les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.)



Plage de mesure	3 - 20 mg/l
Temps d'échantillonnage	3 minutes
Limite de détection	0,5 mg/l
Variation de couleur	Orange pâle → violet rougeâtre
Formule de réaction	Le zinc réagit avec l'indicateur pour former un composé complexe décolorant la tache violet rougeâtre.

****Durée de conservation : Reportez-vous à la date de péremption figurant sur l'emballage du tube.**

****Conservez les tubes dans un endroit frais et sombre.**

EFFET LIÉ AUX CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES :

Température de l'eau : Corrigez la température en utilisant le tableau ci-dessous :

Température de l'eau en °C (°F)	0 - 20 (32 - 68)	30 (86)	40 (104)
Facteur correctif	1,0	1,2	1,8

Valeur du pH : Utilisez le tube lorsque la valeur du pH est comprise entre 3,0 et 6,0.

PROCÉDURE DE MESURE :


1. Remplissez d'échantillon d'eau un bécher sec et propre ayant une capacité d'environ 100 ml.
2. Cassez les extrémités d'un tube détecteur neuf en pliant chaque extrémité du tube à l'aide du dispositif de cassage prévu à cet effet (support d'extrémité de tube n° 721 disponible en option).

3. Plongez l'extrémité du tube rempli dans l'échantillon d'eau comme indiqué sur l'illustration ci-dessous. Une action capillaire se produit et l'échantillon d'eau s'élève instantanément à travers le réactif. Si l'échantillon contient du zinc, le réactif orange pâle du tube devient violet rougeâtre.
4. Lorsque l'échantillon d'eau s'élève jusqu'à l'extrémité supérieure du tube, retirez le tube.
5. Veuillez lire le niveau de concentration au niveau de la jonction où le réactif coloré rencontre le réactif non coloré.
6. Si la taille de la tache dépasse le repère d'étalonnage le plus élevé (20 mg/l), diluez l'échantillon avec de l'eau douce et refaites le test à l'aide d'un tube neuf. Obtenez la concentration réelle en multipliant la lecture du tube par le taux de dilution.

$$\text{Concentration réelle} = \frac{V1 + V2}{V1} \times \text{Lecture sur le tube}$$

V1 : Volume de l'échantillon d'eau

V2 : Volume de dilution (eau pure)



⚠ REMARQUES :

Des tours de plus de 30 minutes après une immersion du tube entraîneront un décollage des marques d'étalonnage. Si le tube n'amorce pas une action capillaire immédiatement après son immersion dans l'eau, nous vous recommandons d'utiliser une poire en caoutchouc pour aider à amorcer l'action. Reliez la poire en caoutchouc pressée à l'extrémité supérieure du tube en verre. Lorsque le tube amorce l'action capillaire, retirez la poire en caoutchouc du tube. Le tube doit être lu immédiatement après l'analyse. N'immergez pas le tube dans l'échantillon d'eau au-delà de l'extrémité supérieure du bouchon.

INTERFÉRENCES :

Substance	Formule	Concentration	Interférence	Change de couleur par elle-même pour devenir
Ion cyanure	CN ⁻	≥ 10 mg/l	Erreur majeure	Pas de décoloration à 100 mg/l
Fer (II)	Fe ²⁺	≥ 1 mg/l	Erreur majeure	Violet rougeâtre à 3 mg/l ou plus
Fer (III)	Fe ³⁺	≥ 2 mg/l	Erreur majeure	Pas de décoloration à 100 mg/l
Cuivre(II)	Cu ²⁺	≥ 0,1 mg/l	Erreur majeure	Violet rougeâtre à 0,1 mg/l ou plus
Manganèse	Mn ²⁺	≥ 0,5 mg/l	Erreur majeure	Violet à 3 mg/l ou plus
Plomb	Pb ²⁺	≥ 0,5 mg/l	Erreur majeure	Pas de décoloration à 100 mg/l
Nickel	Ni ²⁺	≥ 2 mg/l	Erreur majeure	Violet pour l'ensemble de la couche à 2 mg/l ou plus

Ce tableau des substances susceptibles d'interférer exprime essentiellement l'interférence de chaque substance présente simultanément dans la plage de concentration qui équivaut à la concentration de la substance. En conséquence, le test peut démontrer un résultat positif dû à d'autres substances non mentionnées dans le tableau. Pour obtenir des informations plus détaillées, veuillez prendre contact avec nous ou nos distributeurs locaux.

MISE AU REBUT :

Le réactif du tube ne contient pas de substances toxiques. Lors de la mise au rebut d'un tube, qu'il ait été utilisé ou non, veuillez respecter les réglementations des autorités locales.

GARANTIE :

N'hésitez pas à contacter les représentants locaux de Gastec si vous avez des questions concernant la détection des gaz et la qualité des tubes.