

# GASTEC Instrucciones para el Tubo dosificador núm. 5D pasivo de dióxido de azufre

## PARA REALIZAR UNA OPERACIÓN SEGURA:

Lea cuidadosamente este manual antes del uso.

**⚠ PRECAUCIÓN: De no respetarse, podría causar lesiones al operador o dañar el producto.**

1. Al romper el tubo dosificador pasivo, mantenga el tubo alejado de los ojos.
2. No toque los tubos de vidrio rotos, las piezas ni los reactivos con las manos descubiertas.

**⚠ NOTAS: Para mantener el rendimiento y la fiabilidad de los resultados de la prueba:**


1. Utilice este tubo dentro del margen de temperatura de 0 a 40 °C (32 a 104 °F).
2. Utilice este tubo dentro del margen de humedad relativa de 0 a 90 %.
3. Este tubo puede sufrir interferencias de gases coexistentes. Consulte la sección de "INTERFERENCIAS".
4. La vida útil y las condiciones de almacenamiento de los tubos dosificadores pasivos están impresas en la etiqueta de la caja del tubo.

## APLICACIÓN DEL TUBO:

Utilice este tubo para detectar dióxido de azufre en el aire o en zonas industriales y en condiciones atmosféricas ambientales.

## ESPECIFICACIÓN:

(Como resultado del compromiso de mejora continua de Gastec, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso).



Este tubo mide la concentración de gas TWA (promedio ponderado en el tiempo) utilizando la difusión natural del gas objetivo sin una bomba de muestreo de gas

Margen de medición	0,2-100 ppm
Horas de muestreo	1 - 10 horas
Límite de detección	0,1 ppm (10 horas)
Gradación de color	Verde → Amarillo
Principio de reacción	SO <sub>2</sub> + BaCl <sub>2</sub> + H <sub>2</sub> O → BaSO <sub>3</sub> + 2HCl HCl + Base → Cloruro

**Coefficiente de variación: 10 % (para 2 a 30 ppm·hr)  
5 % (para 30 a 100 ppm·hr)**

- \*\* Vida útil: Consulte la fecha de caducidad impresa en la caja del tubo.
- \*\* Guarde los tubos en un lugar oscuro y fresco.

## CORRECCIÓN PARA TEMPERATURA, HUMEDAD Y PRESIÓN:

**Temperatura:** No requiere ninguna corrección.

**Humedad:** No requiere ninguna corrección.

**Presión:** No requiere ninguna corrección.

## PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN:



1. Rompa el tubo dosificador por la línea de ruptura del tubo mediante el portatubo dosificador pasivo N.º 710 opcional.
2. Ajuste el tubo dosificador en el portatubo firmemente de modo que la punta rota no sobresalga del borde del portatubo. Registre la hora de inicio de la medición en la etiqueta numerada despegable suministrada con cada caja de tubos y coloque la etiqueta del tubo dosificador en el portatubo.
3. Fije el portatubo en la ropa (p. ej., cuello de la camisa) para el muestreo personal o coloque el tubo dosificador en el lugar de trabajo en el que la medición sea necesaria. Al finalizar el muestreo, registre la hora de finalización del muestreo en la etiqueta del tubo dosificador.
4. Podrá obtener la concentración de gas media desde una hora a 10 horas de muestreo. Podrá obtener el cálculo del tiempo de muestreo real y la concentración de gas media con la siguiente fórmula:

$$\text{Concentración media} = \frac{\text{Lectura del tubo dosificador (ppm} \cdot \text{hora)}}{\text{Tiempo de muestreo real (horas)}}$$

5. Para evitar que el portatubo en el cuello de la camisa se caiga durante la operación, se recomienda introducir un cordón por el pequeño orificio del portatubo.

## INTERFERENCIAS:

Sustancia	Interferencia	Únicamente gas de interferencia
Dióxido de nitrógeno	-	Sin decoloración
Sulfuro de hidrógeno	+	Sin decoloración

La tabla de los gases de interferencia expresa principalmente las interferencias de cada gas coexistente en el intervalo de concentración del gas, que es equivalente a la concentración del gas objetivo. Por lo tanto, el resultado de la prueba podría resultar afectado por otras sustancias que no están enumeradas en la tabla.

Para más información, póngase en contacto con nosotros o con sus representantes de Gastec.

## PROPIEDADES PELIGROSAS:

Valor límite del umbral-Límite de exposición a corto plazo según ACGIH (2014): 0,25 ppm

## INFORMACIÓN SOBRE EL DESECHO:

Este tubo no contiene sustancias tóxicas. Cuando tenga que desechar los tubos, independientemente de si los ha utilizado o no, siga las normas y regulaciones de la administración local.

## GARANTÍA:

Si tiene cualquier pregunta relacionada con la detección de gas y la calidad de los tubos, no dude en ponerse en contacto con sus representantes de Gastec.

Fabricante: Gastec Corporation  
8-8-6 Fukayana, Ayase-City, Kanagawa 252-1195, Japón  
<http://www.gastec.co.jp/>  
Teléfono +81-467-79-3910 Fax +81-467-79-3979

IM015DE2  
Impreso en Japón  
17H/MP-SP