

GASTEC Instrucciones para núm. 7H el Tubo detector de fosfina

PARA REALIZAR UNA OPERACIÓN SEGURA:

Lea cuidadosamente este manual y el manual de instrucciones de su bomba de muestreo de gas de Gastec.

⚠ ADVERTENCIA:

1. Utilice solamente tubos detectores de Gastec en una bomba de Gastec.
2. No intercambie ni utilice piezas o componentes que no sean de Gastec en el tubo detector de Gastec o en el sistema de bombeo de Gastec.
3. El uso de piezas o componentes no originales de Gastec en el tubo detector de Gastec y el sistema de bombeo de Gastec, el uso de un tubo detector no original de Gastec con una bomba de Gastec o el uso de un tubo detector de Gastec con una bomba no original de Gastec puede causar daños en el tubo detector y sistema de bombeo, lesiones corporales graves o la muerte del usuario final. También anulará todas las garantías, y las garantías sobre el rendimiento y la precisión de datos.

⚠ PRECAUCIÓN: De no respetarse las siguientes precauciones, podría sufrir lesiones o dañar el producto.

1. Cuando rompa los extremos del tubo, manténgalo alejado de los ojos.
2. No toque tubos de vidrio rotos, piezas rotas ni reactivos con las manos descubiertas.
3. El tiempo de muestreo representa el tiempo necesario para extraer la muestra de aire a través del tubo. El tubo debe colocarse en la zona de muestreo deseada durante todo el período de muestreo o hasta que el indicador de final de flujo indique el final del muestreo.

⚠ NOTAS: Para mantener el rendimiento y la fiabilidad de los resultados de la prueba, tenga en cuenta lo siguiente:


1. Utilice la bomba de muestreo de gas de Gastec junto con los tubos detectores de Gastec solamente para los fines especificados en el manual de instrucciones del tubo detector.
2. Utilice este tubo dentro del margen de temperatura de 0 a 40 °C (32 a 104 °F).
3. Utilice este tubo dentro del margen de humedad relativa de 0 a 90 %.
4. Este tubo podría recibir interferencias de gases coexistentes. Consulte la sección de "INTERFERENCIAS" a continuación.
5. La vida útil y las condiciones de almacenamiento del tubo están impresas en la etiqueta de la caja del tubo.

APLICACIÓN DEL TUBO:

Utilice este tubo para detectar fosfina en el aire o en zonas industriales y para determinar las condiciones atmosféricas ambientales

ESPECIFICACIONES:

(Debido al cometido de mejora continua de Gastec, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso).



Capa detectora

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Margen de medición | 200-2.500 ppm | 2.500-5.500 ppm |
| Número de carreras de la bomba | 1 | 1/2 |
| Factor de corrección de carrera | 1 | 2,2 |
| Tiempo de muestreo | 1 minuto por carrera de la bomba | 30 segundos |
| Límite de detección | 5 ppm (n=1) | |
| Gradación de color | Amarillo → Marrón oscuro | |
| Principio de reacción | $\text{PH}_3 + \text{Na}_2\text{Pd}(\text{SO}_3)_2 \rightarrow \text{Pd}$ | |

Coefficiente de variación: 10 % (para 200 a 800 ppm), 5 % (para 800 a 2.500 ppm)

**** Vida útil: Consulte la fecha de caducidad impresa en la caja del tubo.**

****Guarde los tubos en un lugar oscuro y fresco.**

CORRECCIÓN PARA TEMPERATURA, HUMEDAD Y PRESIÓN:

Temperatura: Corrija la temperatura con la siguiente tabla.

| Lectura del tubo (ppm) | Concentración real | | | | | |
|------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 0 °C (32 °F) | 5 °C (41 °F) | 10 °C (50 °F) | 15 °C (59 °F) | 20 °C (68 °F) | 30 °C (86 °F) |
| 2.500 | 3.950 | 3.600 | 3.200 | 2.500 | | 2.500 |
| 2.200 | 3.400 | 3.100 | 2.800 | 2.200 | | 2.200 |
| 2.000 | 3.050 | 2.800 | 2.500 | 2.000 | | 2.000 |
| 1.800 | 2.750 | 2.550 | 2.250 | 1.800 | | 1.800 |
| 1.600 | 2.400 | 2.250 | 2.000 | 1.600 | | 1.600 |
| 1.400 | 2.100 | 1.900 | 1.700 | 1.400 | | 1.550 |
| 1.200 | 1.800 | 1.650 | 1.450 | 1.200 | | 1.400 |
| 1.000 | 1.400 | 1.350 | 1.150 | 1.000 | | 1.200 |
| 800 | 1.050 | 1.050 | 800 | 800 | | 1.000 |
| 600 | 750 | 750 | 600 | 600 | | 750 |
| 400 | 450 | 450 | 400 | 400 | | 550 |
| 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 300 |

Humedad: No requiere corrección.

Presión: Para corregir la presión, use la siguiente fórmula.

$$\frac{\text{Lectura del tubo (ppm)} \times 1.013}{\text{Presión atmosférica (hPa)}}$$

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN:

1. Para comprobar la existencia de fugas en la bomba, introduzca un tubo detector sellado nuevo en la bomba. Siga las instrucciones suministradas con el manual de funcionamiento de la bomba.
2. Rompa las puntas de un tubo detector nuevo con el quebrador de puntas de tubos en la bomba.
3. Introduzca el tubo en la entrada de la bomba con la flecha (**G**) en el tubo orientada hacia la bomba.
4. Cerciórese de que el asa de la bomba esté completamente introducida. Alinee las marcas guía del cuerpo de la bomba con las marcas guía del asa.
5. Tire del asa completamente hacia afuera hasta que se bloquee en una carrera de la bomba (100 mL). Espere un minuto y confirme la finalización de la operación de muestreo.
6. Para las mediciones superiores a 2.500 ppm, prepare un tubo nuevo y realice media carrera de la bomba.
7. Lea el nivel de concentración en la interfaz donde el reactivo tintado coincide con el reactivo no tintado.
8. Si es necesario, multiplique las lecturas por los factores de corrección de la temperatura, las carreras de la bomba y la presión atmosférica.

INTERFERENCIAS:

| Sustancia | Concentración | Interferencia | Únicamente gas de interferencia |
|---------------------|------------------|---------------|---------------------------------|
| Amoniaco | ≤ 2.500 ppm | No | Sin decoloración |
| Monóxido de carbono | | + | Marrón oscuro a partir de 5 ppm |
| Dióxido de carbono | $\leq 2\%$ | No | Sin decoloración |

Esta tabla de gases de interferencia expresa principalmente las interferencias de cada gas coexistente en el intervalo de concentración, que es equivalente a la concentración de gas. Por lo tanto, el resultado de la prueba podría dar resultados positivos debido a otras sustancias no enumeradas en la tabla. Si necesita información adicional, póngase en contacto con nosotros o con nuestros distribuidores en su área

PROPIEDADES PELIGROSAS:

Valor límite del umbral-Promedio ponderado en el tiempo según ACGIH (2012): 0,3 ppm

Valor límite del umbral-Límite de exposición a corto plazo según ACGIH (2012): 1 ppm

INSTRUCCIONES DE DESECHO:

El reactivo del tubo no usa sustancias tóxicas. Cuando tenga que desechar los tubos, independientemente de si los ha utilizado o no, siga las normas y regulaciones de la administración local.

GARANTÍA:

Si tiene alguna pregunta sobre la detección del gas y la calidad de los tubos, no dude en ponerse en contacto con sus representantes de Gastec.

Fabricante: Gastec Corporation
8-8-6 Fukayanaka, Ayase-City, Kanagawa 252-1195, Japón
<http://www.gastec.co.jp/>
Teléfono +81-467-79-3910 Fax +81-467-79-3979

IM007HE2
Impreso en Japón
17H/MP-SP