

アセトアルデヒド検知管 No.92L 取扱説明書の変更内容

株式会社ガステック

アセトアルデヒド検知管 No.92L の取扱説明書に記載している、温度補正係数を変更いたします。

●取扱説明書 変更内容

<変更前>

温度(°C)	5	10	15	20	25	30	35	40
温度補正係数	1.1	1.07	1.05	1.0	0.95	0.93	0.9	0.85

<変更後>

温度(°C)	5	10	15	20	25	30	35	40
温度補正係数	1.05	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.95

物流の関係により変更前、変更後の製品が混在する場合がありますので、同封の取扱説明書をご確認のうえ、測定を行っていただきますようお願いいたします。